

[首页](#)[机构](#)[新闻](#)[政务](#)[服务](#)[互动](#)[专题](#)

你的位置:首页>政务>政府信息公开

标 题:

市场监管总局关于发布《特种设备检测机构核准规则》和《特种设备型式试验机构核准规则（第1号修改单）》的公告

索 引 号: 2022-1654483235269

主题分类: 公示公告

文 号: 2022年第16号

所属机构: 特种设备安全监察局

成文日期: 2022年05月31日

发布日期: 2022年06月06日

国家市场监督管理总局 公 告

2022年第16号

市场监管总局关于发布《特种设备检测机构核准规则》和《特种设备型式试验机构核准规则（第1号修改单）》的公告

为加强特种设备安全监管，市场监管总局对《特种设备无损检测机构核准规则》（TSG Z7005—2015）进行了修订，形成《特种设备检测机构核准规则》（TSG Z7002—2022）；对《特种设备型式试验机构核准规则》（TSG Z7004—2011）进行了修订，形成第1号修改单，现予公告，自发布之日起施行。

市场监管总局

2022年5月31日

《特种设备检测机构核准规则》（TSG Z7002—2022）

《特种设备型式试验机构核准规则》(TSG Z7004—2011)第1号修改单

打印本页 关闭本页

相关链接

中国政府网

国务院部门

机关司局

国家药品监督管理局

国家知识产权局

联系方式 网站地图 网站声明



官方微信



官方微博

版权所有：国家市场监督管理总局

网站标识码bm3000012 京ICP备18022388号 京公网安备 11010202008101号

地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820



《特种设备型式试验机构核准规则》 (TSG Z7004—2011) 第 1 号修改单

一、附件 A 修改

1. “附件 A 特种设备型式试验核准项目分类表”增加一项，其后的序号顺延。

序号	核准项目代码	核准项目种类	核准类别、品种（名称）
5	RCX	压力容器	压力容器用材料（钢板、锻件）

2. “附件 A 特种设备型式试验核准项目分类表”删除一项。

序号	核准项目代码	核准项目种类	核准类别、品种（名称）
31	GPX	锅炉压力容器专用钢板	

二、附件 B 修改

在“B5.2.4 专用仪器设备 动作试验装置（适用于蓄能器）。”后增加：

“B6 压力容器用材料（钢板、锻件）

B6.1 人员

型式试验机构的人员 12 人以上，并且满足以下要求：

(1) 具有型式试验资格的试验人员 8 人，其中具有机械类相关专业高级技术职称或高级检验师 2 人；

(2) 具有金属材料专业本科(或者中级技术职称)技术人员 2 人；

(3) 具有超声 II 级及以上资格的无损检测人员 2 人。

B6.2 仪器设备

B6.2.1 理化检验设备

(1) 常温、低温冲击试验装置，能力不小于 450J，最低温度达到 -196°C （涉氢材料应达到 -253°C ）；

(2) 万能材料试验机，能力不小于 50t，并且能够实现全程计算机控制与记录；

(3) 材料试验机，能力不小于 25t，并且能够实现全程计算机控制与记录，最高温度达到 900°C ，最低温度达到 -196°C ；

(4) 直读光谱仪，能够满足对包括 C、S、P、N、H、O 在内的非金属元素与 32 种金属元素进行分析；

(5) 光学金相显微镜，具有 50 倍至 1000 倍的放大功能，并且配有数据传输系统及图像采集处理系统；

(6) 数显硬度计，含布氏、洛氏、维氏；

(7) 显微维氏硬度计；

(8) 耐腐蚀性能试验（晶间腐蚀试验、应力腐蚀试验）设施；

(9) 高温蠕变、持久强度试验机，数量不少于 70 台，具有计算机控制与记录；

(10) 疲劳试验机，具有计算机控制与记录，高周疲劳、低周疲劳各 1 台。

B6.2.2 无损检测设备

超声波探伤机，数字式。”

三、附件 L 修改

删除“附件 L 锅炉压力容器专用钢板型式试验机构资源条件”的全部内容。

四、将“国家质量监督检验检疫总局”修改为“国家市场监督管理总局”，将文中所有“国家质检总局”修改为“市场监管总局”。